



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-  
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Καρπαθίου Ειρήνη

Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος

Ταχ.Κωδ.: 85 400

Τηλέφωνο : 22470 22131

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies1@leros-hospital.gr

Λέρος 18-7- 2019

Αρ. πρωτ. 8106/19-7-19

CPV : 33696500-0

ΑΔΑ:

## ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 88 –

**ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, με απευθείας ανάθεση».**

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α' /2000).
3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/17.8.2010 (ΦΕΚ 141/2010) περί "Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης".
4. Την 35130/739 /11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί "αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".
5. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
6. Την υπ'αρ. Γ.Π.οικ.13444/2008 (ΦΕΚ 199Β') απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
7. Την αριθμ. **25/16-7-2019** ( θέμα 4 ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:6ΣΗΥ46904Ρ-ΔΔΚ περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού.
8. Η υπ' αριθ.800 / 17-7-19 ( ΑΔΑ:6ΝΚ646904Ρ-ΣΗ4 ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική (7) απόφαση, με κριτήριο κατακύρωσεως τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της.

**Β. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (χωρίς ΦΠΑ)
1	FERRITIN	TEM	2	343,37 €
2	PSA	TEM	2	312,15 €
3	CAL SET-PSA	TEM	1	78,00 €
4	Hbsag	TEM	2	234,11 €
5	HCV	TEM	2	421,40 €
6	HIV	TEM	2	437,01 €
7	CONTROL-Hbsag	TEM	1	88,00 €
8	CONTROL-HCV	TEM	1	150,00 €
9	CONTROL-HIV	TEM	1	73,85 €
10	TROPONIN TNT	TEM	1	343,37 €
11	CAL SET-TROPONIN	TEM	1	78,00 €
12	CONTROL-TROPONIN	TEM	1	52,25 €
13	T3	TEM	1	280,94 €
14	T4	TEM	1	280,94 €
15	TSH	TEM	2	171,68 €
16	CAL SET-T3	TEM	1	78,00 €
17	CAL SET- T4	TEM	1	78,00 €
18	SYS WASH	TEM	2	38,00 €
19	ASSAY TIPS ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	TEM	1	133,00 €
20	ASSAY CAPS ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	TEM	1	133,00 €
21	TWIN TUBES ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	TEM	1	133,00 €

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)**

1. Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονης τεχνολογίας, το πολύ μιας πενταετίας κατασκευασμένος και να λειτουργεί υπό τάση 220V.
2. Να διαθέτει σήμανση CE και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ISO από αναγνωρισμένο κοινοποιημένο οργανισμό της κατασκευάστριας εταιρίας.
3. Λόγω του περιορισμένου χώρου στο εργαστήριο του Κέντρου Υγείας, ο προσφερόμενος αναλυτής θα ήταν καλό να είναι μικρού σχετικά μεγέθους, επιτραπέζιος ή επιδαπέδιος. Να δοθούν οι διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος), καθώς και βάρος.
4. Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια και με την σειρά που αναφέρονται

- όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών, τεκμηριωμένα με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.
5. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 60 εξετάσεις την ώρα.
  6. Θα πρέπει να εκτελεί το σύνολο των εξετάσεων που αναφέρονται στον πίνακα εξετάσεων Ανσολογικού αναλυτή Λέρου.
  7. Η δυνατότητα του αναλυτή για εφάπαξ φόρτωσή του να είναι όχι μικρότερη από 30 δείγματα και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα για συνεχή φόρτωση αντιδραστηρίων και υγρών, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του.
  8. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων και δειγμάτων) και ειδοποίησης του χειριστή.
  9. Η επεξεργασία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (random access) με άμεση μέτρηση των επειγόντων δειγμάτων (stat). Να έχει δυνατότητα επείγουσας ανάλυσης (stat) οποιαδήποτε ώρα, οποιοδήποτε δείγμα σε χρόνο 30 λεπτών το μέγιστο σε εξετάσεις όπως η Τροπονίνη Ι ή Τ.
  10. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων με BARCODE καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό λογισμικό.
  11. Ο αναλυτής θα πρέπει να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
  12. Ο μειοδότης θα πρέπει να αναλάβει το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου για τις βασικές εξετάσεις τουλάχιστον δυο φορές το έτος.
  13. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα για αναγνώριση πηγματος στα δείγματα και ρύγχι μίας χρήσης ή άλλο ασφαλές σύστημα για τη δειγματοληψία ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης.
  14. Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων (καλιμπράρισμα) να απαιτείται κατά αραιά χρονικά διαστήματα. Θα αξιολογηθεί θετικά η σταθερότητα της καμπύλης.
  15. Προβλήματα δυσλειτουργίας να επισημαίνονται οπτικοακουστικά και να παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού βλαβών καθώς και προτεινόμενων ενεργειών από τον χειριστή του οργάνου. Θα αξιολογηθεί η δυνατότητα του αναλυτή να ελέγχει τη στάθμη όλων των υγρών και ειδικότερα για τα δείγματα ο έλεγχος να γίνεται με σύστημα ελέγχου στάθμης και όχι υπολογιστικά και να ειδοποιείται ο χειριστής.
  16. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σύστημα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), με κατάλληλη ισχύ και οπτικοακουστική διάταξη προειδοποίησης στις περιπτώσεις διακοπής της τάσης του ρεύματος και στις περιπτώσεις χαμηλού επιπέδου τάσης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών. (Απαράβατος όρος)

17. Δυνατότητα διαχείρισης και αποθήκευσης αποτελεσμάτων εκτύπωση ανά ασθενή και συγκεντρωτικά.
18. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το πρόγραμμα (LIS) του εργαστηρίου αν αυτό απαιτηθεί..
19. Το service και τα αναλώσιμα θα βαρύνουν τον μειοδότη, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του συστήματος δωρεάν στο χώρο των εργαστηρίων του Νοσοκομείου.
20. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει:
  - Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος, ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προμηθευτής) είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί για τα προσφερόμενα μηχανήματα.
  - Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και στην Ελληνική.
  - Διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρίας (PROSPECTUS) για το συγκεκριμένο μηχάνημα που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.
  - Έγγραφο δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του μηχανήματος για το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να επισκευάσει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρους του , ή και ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Το χρονικό διάστημα επισκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα (2) 24ωρα.
  - Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται σε χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η οποία και θα αναφέρετε στην προσφορά.
  - Έγγραφο εγγύηση-δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως, όπως αναφέρεται (με επισκευές, ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.) όπως προβλέπεται.

**Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. σε αντίθετη περίπτωση, θα αιτιολογείται**

**Τόπος παραδόσεως:** Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

**Γ.** Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των **€6.898,07** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΕ 1359,01 του Θεραπευτηρίου.

Η πληρωμή της «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ» εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του υπό προμήθεια είδους, την παραλαβή του από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου .

#### **Κρατήσεις:**

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των € 2.500,00)

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ

ΦΟΡΟΣ 4%

ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

**Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο**

#### **Δ. Προσφορές.**

**Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας ( ΓΡΑΦΕΙΑ Δ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ).**

**Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Επιστασίας του Θεραπευτηρίου**

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή ή με e-mail προσφορές στο [promithies@leros-hospital.gr](mailto:promithies@leros-hospital.gr) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την **ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δηλαδή ημέρα Πέμπτη 25 Ιουλίου και έως ώρα 11:00** .

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Ε. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Δύνανται δε να παραστούν όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.**

#### **ΣΤ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ 3 τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, δηλ. από έως .

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Θεραπ/ρίου έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας ) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

#### **Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 του Ν. 4412/16
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( άρθρο 79 του Ν. 4412/16 ).

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους ( άρθρο 93 Ν. 4412/16).
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

### **Κανόνες Δημοσιότητας**

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 , αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr) στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ