



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή

Τηλ.: 2247022131

Fax: 2247023141

e-mail: [promithies@leros-hospital.gr](mailto:promithies@leros-hospital.gr)  
[promithies1@leros-hospital.gr](mailto:promithies1@leros-hospital.gr)  
[promithies2@leros-hospital.gr](mailto:promithies2@leros-hospital.gr)  
[promithieslog@leros-hospital.gr](mailto:promithieslog@leros-hospital.gr)

ΛΕΡΟΣ: 10 / 01 / 2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:297/13-1-20

ΑΔΑ:

CPV: 42996600-0

38428000-1

### ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -2-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθμ. 43/11-12-19 (Θέμα ΕΗΔ 12 ) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΤΣΦ46904Ρ-ΗΤΑ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Τις υπ' αριθ. 1416/27-12-19 (ΑΔΑ:Ψ7ΥΧ46904Ρ-ΧΘΟ) και 105/3-1-20 (ΑΔΑ: 6ΤΜΨ46904Ρ-ΩΞΚ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
4. Τις υπ' αριθμ. 12407 & 12408/6-11-19 αιτήσεις του αποθηκαρίου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια φιαλών οξυγόνου, σπρέι ελέγχου διαρροής και ροομέτρων ως παρακάτω:

#### Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς ΦΠΑ)
1	Επιτοίχια ροόμετρα οξυγόνου στήλης ( με μπίλια) με υγραντήρα	τεμ.	40	50,00 €
2	Εκτονωτές - ρυθμιστές πίεσης φιαλών οξυγόνου με υγραντήρα	τεμ.	20	85,00 €
3	Φιάλες οξυγόνου 20 lit	τεμ.	2	190,00 €
4	σπρέι ελέγχου διαρροής αερίων σε κέντρα συστημάτων και δίκτυα αερίων υψηλής πίεσης, μη εύφλεκτο	τεμ.	5	15,00 €

**1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ**

Το επιτοίχιο ροόμετρο (ρυθμιστής ροής) αποσκοπεί στην ρύθμιση της ροής του αερίου οξυγόνου από κεντρική πηγή (λήψη κεντρικού δικτύου).

Το ροόμετρο θα τοποθετηθεί σε επιτοίχια λήψη οξυγόνου μέσω ειδικού ταχυσυνδέσμου :

Θα διαθέτει:

- 1) Σώμα ένδειξης της ρύθμισης (από πολυκαρβονικό υλικό) με κάλυμα για αντοχή στα χτυπήματα και με εσωτερική μπίλια. Η κλίμακα ρύθμισης θα είναι από 1-15 lt/min ανεπτυγμένη στα κατώτερα σημεία για ακριβέστερη ρύθμιση όπου απαιτείται (πχ παιδιατρική χρήση).
- 2) Είσοδο ταχυσύνδεσμο τοποθέτησης σε επιτοίχια λήψη γαλλικού τύπου (AFNOR) ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου (λευκό) και την ένδειξη του αερίου (O<sub>2</sub>).
- 3) Έξοδο ρακόρ αρσενικό 12X125 για τοποθέτηση είτε υγραντήρα είτε olive 6mm.
- 4) Φίλτρο στην είσοδο της κλίμακας για προστασία τόσο του ασθενούς όσο και του ροομέτρου.
- 5) Κομβίο ρύθμισης .
- 6) Ευκρινή βαθμονόμηση της στήλης ένδειξης ροής.
- 7) Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
- 8) **Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του ροομέτρου για την βέλτιστη ιγνηλάτιση του.**
- 9) Σαφή ένδειξη τοποθετημένη επί του ροομέτρου που αναφέρει την ημερομηνία επομένου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.
- 10) Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE0197 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

**Υγραντήρας**

Ο υγραντήρας θα είναι άθραυστος, θα αποστειρώνετε στους έως 121°C.

Η χωρητικότητα του θα είναι έως 250 cc και φέρει διαχυτήρα για την σωστή διάχυση του οξυγόνου στο νερό και θα φέρει ένδειξη στάθμης . Θα διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας. Θα είναι συμβατός και χωρίς απώλειες με το επιτοίχιο ροόμετρο .

**Παρατηρήσεις**

1. Πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού από την Ε.Ε για την πλήρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2000.

2. Τεχνικά φυλλάδια για όλα τα υλικά .
3. Να δοθεί εγγύηση και συντήρηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.
4. Τα υλικά θα είναι απολύτως καινούργια και θα παραδοθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία, τελευταίας τεχνολογίας, αμεταχείριστα καθώς και τα παρελκόμενα τους, και θα εκπληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά υψηλής ποιότητας κατασκευής, διάθεσης και τεχνικής εξυπηρέτησης IS

## 2. ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ.

### Περιγραφή

Ο εκτονωτής θα τοποθετηθεί σε φιάλη οξυγόνου και θα πρέπει να διαθέτει:

- 1) Ενιαίο σύνολο σώμα-λήψη 4 bar.
- 2) Μανόμετρο ένδειξης του περιεχομένου της φιάλης 0-300 bar, προστατευόμενο από ειδική πλαστική θήκη, κατά των χτυπημάτων .
- 3) Ασφαλιστική βαλβίδα στα 10 bar.
- 4) Είσοδο ρακόρ τοποθέτησης σε φιάλη οξυγόνου (AFNOR) ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου.
- 5) Έξοδο λήψη 4 bar γαλλικού τύπου για τοποθέτηση αντίστοιχου ταχυσυνδέσμου.
- 6) Φίλτρο στην είσοδο
- 7) Ακρίβεια +/-5%
- 8) Ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
- 9) Επίσης εμφανή ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
- 10) Μοναδικό σειριακό αριθμό χαραγμένο στο σώμα του εκτονωτή για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του.
- 11) Σαφή ένδειξη τοποθετημένη επί του εκτονωτή που αναφέρει την ημερομηνία επομένου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.

- Λειτουργεί σε πιέσεις εισόδου έως 200 bar και να παρέχει το οξυγόνο σε πίεση 4 bar.
- Περιοδικότητα ελέγχου-συντήρησης: 5 έτη
- Φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE0197 για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

## 3. ΦΙΑΛΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 20 ΛΙΤΡΩΝ/200 bar

- Θα είναι πιέσεως λειτουργίας 200 bar και πιέσεως δοκιμής 300 bar.
- Κατασκευασμένες από χάλυβα.
- Θα φέρουν χρωματισμό ανάλογα με το περιεχόμενο αέριο και θα είναι απολύτως σύμφωνες με την Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/5-5-88 (και τροποποίηση 12502/206/8-6-89).
- Θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής. Επίσης θα φέρουν χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεσης δοκιμής, πίεση λειτουργίας, βάρος.
- Κλείστρα απλά (σύμφωνα με την TOTEE 2491/86)
- Οξυγόνο: Θηλυκό Φ22,91 βήμα 1,814 δεξιό
- η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και το ιατρικό αέριο

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132 εσωτερικό (132)

e-mail: [tyarapis@gmail.com](mailto:tyarapis@gmail.com) Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400**Β' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

ΚΑΕ	1229.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	4.155.00
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ημερομηνία της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Παρασκευή 17 / 01 / 2020 και έως ώρα:11:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών	Παρασκευή 17 / 01 /2020, ώρα 12:00
Τρόπος υποβολής προσφορών	με e-mail: <a href="mailto:promithies@leros-hospital.gr">promithies@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies1@leros-hospital.gr">promithies1@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithies2@leros-hospital.gr">promithies2@leros-hospital.gr</a> <a href="mailto:promithieslog@leros-hospital.gr">promithieslog@leros-hospital.gr</a> ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

**Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

**Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης**

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% ( άνω των € 2.500,00)

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΓΚΑ

ΦΟΡΟΣ 4%

ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%

Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής στο **ΚΗΜΔΗΣ**
- Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του θεραπευτηρίου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

Τέλος, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να το αποστείλουν άμεσα.

Η ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΟΥ  
ΠΙΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ο ΟΙΚ. ΥΠ/ΝΤΗΣ  
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η Δ/ΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  
ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ