



ΛΕΡΟΣ:13-1-2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 371/ 14-1-20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Καρπαθίου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
Fax : 22470-23141
E-mail:promithies@leros-hospital.gr

ΑΔΑ:
CPV: 48814100-8

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθμ 43/11-12-2019 (Θέμα ΕΗΔ 10) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΨΚΚ46904-Ξ1Ν) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Τις υπ' αριθ. 1414/27-12-19 (ΑΔΑ Ψ70046904Ρ-Ρ4Τ) & 106/3-1-19 (ΑΔΑ:6ΞΛΛ46904Ρ-Π1Η) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
4. Την υπ' αριθμ.9747/30-8-2019 αναφορά του Τεχνικού Υποδιευθυντή

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια δύο επιτοίχιων μονάδων λήψεων Ο2 και την προέκταση του υπάρχοντος δικτύου στον Αξονικό τομογράφο και στο 2^ο ιατρείο της Παιδιατρικής κλινικής.

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ
1	ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΗΨΕΩΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	2	1.986,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ΝΕΩΝ ΛΗΨΕΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Για την σύνταξη της παρούσας ελήφθησαν υπ' όψιν:

-Η υπουργική απόφαση ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009 η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων , κενού και απομάκρυνσης αναισθητικών αερίων.

-Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες EN σειράς ΕΛΟΤ EN ISO 7396-1

που δρουν συμπληρωματικά της προαναφερθείσης υπουργικής απόφασης. Για την ακρίβεια, η υπουργική απόφαση που αναφέρθηκε παραπάνω θέτει σε ισχύ τις ευρωπαϊκές νόρμες, οι οποίες πλέον παίρνουν τον χαρακτήρα νόμου για τις προδιαγραφές ιατρικών αερίων. Όσα θέματα δεν καλύπτονται από την υπουργική απόφαση παραπέμπονται στις αντίστοιχες αναφορές των ΕΛΟΤ EN ISO.

-Η ΚΥΑ ΔΥ7/2480/1994 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 679/Β/94 η οποία καθιστά υποχρεωτική την σήμανση CE για την προμήθεια προϊόντων που απευθύνονται στον χώρο της υγείας. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θέτονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο διάκρισης της σήμανσης CE αυτών από την αντίστοιχη σήμανση CE βιομηχανικών προϊόντων.

-Η ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ που δρα συμπληρωματικά της προαναφερθείσης ΚΥΑ. Για την ακρίβεια η ΚΥΑ που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί την ελληνική έκδοση και την υποχρεωτική εφαρμογή της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Όσα θέματα δεν καλύπτονται από την ΚΥΑ παραπέμπονται στις αντίστοιχες αναφορές της 93/42/ΕΟΚ.

-Η εγκύκλιος ΔΥ8/ΟΙΚ/ΓΠ/οικ110318/14-9-2006 της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζονται πλήρως τα θέματα που αφορούν την απαραίτητη συμφωνία των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κέντρα παροχής και στα δίκτυα ιατρικών αερίων με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ (σήμανση CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

Τεχνική Περιγραφή

Αφορά την επέκταση του υπάρχον δικτύου 15m συνολικά και την προμήθεια-τοποθέτηση δύο (2) λήψεων οξυγόνου (δίκτυο O²) και δύο (2) βάνες διακοπής on-off μοντέλο BS που θα τοποθετηθούν στο νοσοκομείο και ειδικότερα στο γραφείο ιατρού της παιδιατρικής και στον , αξονικός τομογράφος ,θα είναι διπλής φραγής που θα εξασφαλίζουν την ομαλή συντήρηση-επέμβαση, δίχως διακοπή της κεντρικής τροφοδοσίας.

Υλικά :

Λήψη επιτοίχια ιατρικού οξυγόνου, monoblock, βάνα διακοπής on-off που φέρουν το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Θα είναι απολύτως σύμφωνα με την οδηγία EN ISO 7396-1

Συνοδεύονται από:

- 1) Εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.
- 2) Κατάλογο ανταλλακτικών.
- 3) Πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού της Ε.Ε. (ως ιατροτεχνολογικό προϊόν) ότι είναι εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΕ. Επισυνάπτονται:

-Το πιστοποιητικό επίθεσης της σήμανσης CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για τα προσφερόμενα είδη από την κατασκευάστρια εταιρεία.

-Τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 της κατασκευάστριας εταιρείας.

-Προσπέκτους της κατασκευάστριας με τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη από την παραλαβή έναντι φθοράς ή βλάβης μή-προερχόμενης από εξωγενή αιτία ή παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένου service και ανταλλακτικών. Ο ανάδοχος θα προβεί σε άμεση επέμβαση εντός 6 ωρών σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικό με τις λήψεις.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟΝ Κ. ΑΡΑΠΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛ.2247360133 EMAIL tyarapis@gmail.com**

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1229,01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	€ 1.986,00
Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ	€ 2.323,62
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 11:00
Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών	ΤΡΙΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 12:00
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail , στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Για υπηρεσίες ο πίνακας θα διαμορφώνεται ανάλογα

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου	GMDN

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική

περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΓΚΑ
 2. ΦΟΡΟΣ 4%
 3. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
 4. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
 5. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τέλος, το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να το αποστείλουν άμεσα.

ΤΜΗΜ. ΟΙΚ/ΚΩΝ	Ο Π.Ο.Υ	Δ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΠΙΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ