



ΛΕΡΟΣ: 15/7/2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8224/19-7-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ

ΑΔΑ:
CPV: 33162200-5

Α.Φ.Μ.: 099591588/ Δ.Ο.Υ. Κω

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Παγιοπούλου Θεοδότη

Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1

E-mail: promithies2@leros-hospital.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο -103-

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθ. 16/14-7-2022 (Θέμα 10) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ:68ΣΣ46904Ρ-ΞΞΖ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθ. 890/15-7-2022 (ΑΔΑ:6ΡΦΦ46904Ρ-ΚΒΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
5. Την υπ' αριθ. 7436/30-6-22 αναφορά του Τμήματος Βιοϊατρικής

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών διουρηθρικής εκτομής του προστάτη.

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (προ ΦΠΑ)
1	ΑΓΚΥΛΗ 30° TURIS, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2mm, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (συμβατή με την ουρολογική διαθερμία OLYMPUS)	5	250,00 €
2	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURIS, ΜΑΝΙΤΑΡΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ (συμβατό με την ουρολογική διαθερμία OLYMPUS)	5	350,00 €

Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

1. Να είναι ηλεκτρόδιο-αγκύλη σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με οπτική 30°, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
2. Η αγκύλη να έχει σύρμα πάχους 0,2mm και να είναι μεσαίου μεγέθους (τουλάχιστον 5,00mm πλάτους και 3,3mm ύψους).

3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακαείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι κατάλληλο για διουρηθρική εκτομή προστάτη τουλάχιστον 120gr υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
5. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη.
6. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
7. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό.
8. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
9. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
10. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ TURis, MANITARI, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ, OLYMPUS ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

1. Να είναι ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιτάρι (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με τις υπάρχουσες Olympus οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.
2. Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 2,5 mm².
3. Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος και η θερμική βλάβη στους παρακαείμενους ιστούς να είναι λιγότερη από 0,2mm κατά μέσο όρο.
4. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης πέντε έτη.
5. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis του νοσοκομείου.
6. Να έχει χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατατικού μέσου.
7. Να υπάρχει σήμανση στο ηλεκτρόδιο η οποία να υποδεικνύει ότι είναι κατάλληλο για χρήση υπό φυσιολογικό ορό.
8. Στο ηλεκτρόδιο να αναγράφεται ο κωδικός του για την εύκολη αναγνώρισή του.
9. Απαιτείται τουλάχιστον μια δημοσιευμένη, κλινική μελέτη με το προσφερόμενο είδος ή με προϊόν του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
10. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελεί το αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.

Πληροφορίες: Αμπατζίδης Δημήτρης Τηλ.: 2247360701 εσωτερικό (701)

Email: bioiatriki@leros-hospital.gr Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ. 85400

Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	1229.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	3.000,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ 17%	3.510,00 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Τετάρτη 27/7/2022, ώρα 12:00'
Ημερομηνία διαγωνισμού	Τετάρτη 27/7/2022, ώρα 13:00'

Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>
---------------------------	---

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

1. ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άνω των € 2.500,00)
 2. Χ/ΜΟ 3% πάνω στο ΕΑΑΔΗΣΥ
 3. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
 4. 2% ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔ. ΥΥΚΑ
 5. ΦΟΡΟΣ 4%
 6. ΓΙΑ ΑΕΠΠ 0,06%
 7. 3% πάνω στο ΑΕΠΠ
 8. ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20%
- Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο
-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινή απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας Συλλογής Προσφορών), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Δημόσια Ανοικτή Διαδικασία Συλλογής Προσφορών θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr , στη διαδρομή προκηρύξεις –διαγωνισμοί.

ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ**ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ****ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ****Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ****ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**