

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α – 01061

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η

2^{ης} ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ 1 GHz ΔΥΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος 2.2.9 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**2.2.9** ΕΛΟΤ 60364/Έκδοση 1η «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.»

2. Η παράγραφος 4.2.2.6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.2.6** Ευαισθησία Εισόδου (Input Sensitivity): Για 1 ΜΩ από 1mV/div έως 10V/div και για 50 Ω από 1mV/div έως 1 V/div.»

3. Η παράγραφος 4.2.3.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«**4.2.3.1** Κλίμακα Βάσης Χρόνου (Time Base Range): Από 200 ps/div έως 1000 s/div.»

| | |
|--|--|
| | <p style="text-align: center;">ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α - 01061 ΕΚΔΟΣΗ 2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1^η</p> <p>ΣΥΝΤΑΞΗ</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΛΓΟΣ(ΤΧ)</p> |
| | <p>ΕΛΕΓΧΟΣ</p> <p style="text-align: center;">ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΤΧ)</p> |
| | <p>ΘΕΩΡΗΣΗ</p> <p style="text-align: center;">ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΟΥΡΟΥΜΙΔΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ</p> <p style="text-align: right;">ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/6/24</p> |