



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Α.Φ.Μ.: 099591588/Δ.Ο.Υ. Κω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Μπουράκη Σεβαστή
Τηλέφωνο: 2247022131
e-mail: promithies@leros-hospital.gr
promithies1@leros-hospital.gr
promithies2@leros-hospital.gr
promithies3@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ:10/10/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11154

ΑΔΑ:

CPV: 33140000-3,
33141200-2,
33141110-4**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο - 97 -****«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθμ. 10/4-10-2024 (Θέμα 4) Απόφ. Δ/κού Σ/λίου με ΑΔΑ: 97ΠΝ46904Ρ-6ΧΩ, ΑΔΑΜ: 24REQ 015552949 με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
4. Την υπ' αριθμ. 457/7-10-2024 με ΑΔΑ: ΨΕΠΛ46904Ρ-173, ΑΔΑΜ: 24REQ015566805 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (προ ΦΠΑ)
1	Σετ περικαρδιοκέντησης	Σετ	2	200,00 €
2	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINKEE Νο 25GX90mm	Τεμ	200	2,30 €
3	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINKEE Νο 26GX90mm	Τεμ	50	2,30 €
4	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINKEE Νο 25GX110-120mm	Τεμ	25	2,30 €
5	Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου QUINKEE Νο 27GX90-92 mm	Τεμ	50	2,30 €

6	Διαθερμίες μιας χρήσης συμβατές με την διαθερμία XL 400 MCDs	Τεμ	300	1,50 €
7	Καθετήρες βρογχοαναρρόφησης Νο 10	Τεμ	50	0,34 €
8	Καθετήρες βρογχοαναρρόφησης Νο 12	Τεμ	50	0,34 €
9	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 14	Τεμ	50	0,50 €
10	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 16	Τεμ	100	0,50 €
11	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 18	Τεμ	150	0,50 €
12	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 20	Τεμ	100	0,50 €
13	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 22	Τεμ	50	0,50 €
14	Ουρηθρικός καθετήρας NELATON Νο 24	Τεμ	50	0,50 €
15	Επίδεσμος γύψου εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης 7,5cmΧ4,5m	Τεμ	3	50,00 €
16	Επίδεσμος γύψου εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης 10cmΧ4,5m	Τεμ	10	52,00 €
17	Επίδεσμος γύψου εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης 12,5cmΧ4,5m	Τεμ	10	54,00 €
18	Επίδεσμος γύψου εμποτισμένος με ρητίνη πολυουρεθάνης 15cmΧ4,5m	Τεμ	10	58,00 €
19	Ζελέ υπερήχων 5 lit	Τεμ	100	6,80 €
20	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με υποδοχή , διαστάσεων 50mmΧ90mm (±5%)- Σετ 4 τεμαχίων	Σετ	300	8,50 €
21	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια , διαστάσεων 50mmΧ50mm (±5%)- Σετ 4 τεμαχίων	Σετ	100	9,00 €
22	Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια , στρογγυλά, διαμέτρου 32mm.- Σετ 4 τεμαχίων	Σετ	20	8,50 €

ΚΑΕ	1311.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	7.971,50 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ	9.326,66 €
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών	Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024, έως ώρα 12:00΄
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού	Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024, ώρα 13:00΄
Τρόπος υποβολής προσφορών	<p>Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithies3@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)</p>

Γ' Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡ/ΠΙΟ – Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	099591588
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση*	1015.E00199.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Λακκί
Πόλη	Λέρος
Ταχυδρομικός Κωδικός	85400
Χώρα	Ελλάδα
Τηλέφωνο	2247022131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	Promithies1@leros-hospital.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Παγιοπούλου Θεοδότα, Βηλάκη Δήμητρα, Μπουράκη Σεβαστή
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.leros-hospital.gr

***ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υπ' Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 /04-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο : "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς."**

Δ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Οι προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- α. Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας
- β. Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΔΗΣΥ
- γ. ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ
- δ. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων
- ε. Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για αγαθά)

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

(Για ποσά άνω των 2.500,00 €)

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί δικαστικής φερεγγυότητας
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://diavgeia.gov.gr> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.leros-hospital.gr, στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΦΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****A/A. 1 - ΣΕΤ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗΣ**

Με βελόνα εισαγωγής, συρμάτινο οδηγό με άκρο σχήματος J, διαστολέα, καθετήρα παρακέντησης rigtail, σωλήνωση σύνδεση και προσαρμογέα σωλήνωσης πολλαπλών εφαρμογών. Με ή χωρίς καλώδιο με κλιπ οδοντωτού τύπου ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης κατά την διάρκεια εισαγωγής της βελόνας.

Το σετ να περιλαμβάνει:

- 6F High-flow καθετήρα 60cm (Τεμ. 1)
- 6F Dilator μήκους 22 cm (Τεμ. 1)
- 3 way stopcock (Τεμ. 1)
- Οδηγό σύρμα 0,0035'X 80cm (Τεμ. 1)
- 22G X 2^{3/8"} (6 cm) σύριγγα (Τεμ. 1)
- 19G X 1^{1/2"} (3,8 cm) σύριγγα (Τεμ. 1)
- 18G X 3'' (9 cm) σύριγγα (Τεμ. 1)
- 18G X 5,9'' (15 cm) σύριγγα (Τεμ. 1)
- 10 ml Luer lock σύριγγα (Τεμ. 1)
- 60 ml Luer lock σύριγγα (Τεμ. 1)
- 1400 ml Merit αναλώσιμος σάκος με συνδεδεμένο σωλήνα (Τεμ. 1)
- Γάζες διαστάσεων 10 cm X 10 cm (Τεμ. 10)
- 40 cmX 40 cm χειρουργικό πεδίο (Τεμ. 1)
- 46 cmX 46 cm χειρουργικό πεδίο (Τεμ. 1)
- Double-ended alligator clip cable (Τεμ. 1)
- CSR wrap (Τεμ. 1)
- Νυστέρι με λαβή Νο 11 (Τεμ. 1)

A/A 2. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINKEE Νο 25G X 90mm**A/A 3. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINKEE Νο 26G X 90mm****A/A 4. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINKEE Νο 25G X 110-120mm****A/A 5. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ QUINKEE Νο 27G X 90-92mm**

Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας τύπου quinkee από ανοξείδωτο ατσάλι με λοξοτομούμενο άκρο για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας. Μιας χρήσης ,αποστειρωμένες ,latex free. Να φέρει στειλεό με χρωματική σήμανση για αναγνώριση μεγέθους. Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή και να δίνει στον χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας. Να έχει εγκοπή που θα υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της . Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. Να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλιών. Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY (εγκεφαλονωτιαίου υγρού). Να φέρει διάφανη δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης ENY. Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής να ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (διαμέσου της σκληράς μήνιγγας .Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.

A/A 6. ΔΙΑΘΕΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαθερμίες μιας χρήσης αποστειρωμένες με λεπίδες (λαβές και καλώδια). Να είναι ελεγχόμενες χειροκίνητα με ενσωματωμένες ακίδες σε σχήμα λεπίδας, εύχρηστες και με διάρκεια χρήσης τουλάχιστον 3 χρόνια. Να είναι συμβατές με το μηχάνημα διαθερμίας XL 400 MCDs του Χειρουργείου μας.

A/A 7. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 10

A/A 8. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ Νο 12

Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής.

Μήκος :45 cm - 60 cm για χρήση μέσω τραχειοστομίας ή στοματοτραχειακού σωλήνα.

Άκρο : ατρουματικό – ανοικτό με ή χωρίς πλάγιες οπές.

Να αναφέρεται η ύπαρξη ειδικής γωνίωσης για ευέλικτη εισαγωγή δεξιά ή αριστερά.

Να φέρει βαλβίδα ελεγχόμενης αναρρόφησης.

Να αναφέρεται εάν προσφέρεται με προστατευτικό κάλυμμα.

Να προσφέρεται αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία

Να φέρει σήμανση CE.

A/A 9. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 14

A/A10. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 16

A/A 11. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 18

A/A 12. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 20

A/A 13. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 22

A/A 14. ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ NELATON Νο 24

Καθετήρες από PVC, τύπου Nelaton αποστειρωμένοι σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό, συμπαγές ατρουματικό, κυστικό άκρο, με ευρείες οπές

A/A 15. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.:7,5 cmX4,5m (±5%)

A/A 16. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 10 cmX4,5m (±5%)

A/A 17. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 12,5 cmX4,5m (±5%)

A/A 18. ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΔΙΑΣΤ.: 15 cmX4,5m (±5%)

Έτοιμος συνθετικός νάρθηκας σε ρολό. Να αποτελείται από συνεχόμενα υφασμένα στρώματα fiberglass ή πολυεστέρα εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης, καλυμμένος πλήρως με βάτα. Να προσφέρει άνεση στον ασθενή, να είναι ελαφρύς, ανθεκτικός και πορώδης. Σε ατομική συσκευασία.

A/A 19. ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Γέλη μη τοξική, κατάλληλη για υπερήχους, ΗΚΓ και monitor. Υποαλλεργική για να μην προκαλεί αντιδράσεις στην επαφή με το δέρμα. Να μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα, χωρίς ξέβγαλμα. Να προσφερθεί με αντλία.

A/A 20. ΑΥΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Με υποδοχή . Διαστάσεων 50mm X90mm (±5%). Σετ 4 τεμαχίων

A/A 21. ΑΥΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Διαστάσεων 50mm X50mm (±5%). Σετ 4 τεμαχίων

A/A 22. ΑΥΤΙΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

Στρογγυλά. Διάμετρος 32 mm (±5%). Σετ 4 τεμαχίων