



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΠ/ΡΙΟ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ  
Α.Φ.Μ.: 099591588/Α.Ο.Υ. Κω  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Τηλέφωνο: 2247022131  
Πληροφορίες: Βηλάκη Δήμητρα  
e-mail: promithies3@leros-hospital.gr

ΛΕΡΟΣ:13/11/2024  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12643/14-11-2024

ΑΔΑ:  
CPV: 24455000-8

### Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νο - 112 -

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021 για τον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
3. Την υπ' αριθμ. 12462/11-11-2024 Απόφ. Διοικητή (ΑΔΑ: 9ΨΟΚ46904Ρ-ΠΙ8) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 24REQ015747750).
4. Την υπ' αριθμ. 521/11-11-2024 (ΑΔΑ: 976Α46904Ρ-6ΘΩ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων (ΑΔΑΜ 24REQ015765532)
5. Τα υπ' αριθμ 10107/17-9-2024 και 12174/7-11-2024 αιτήματα της αποθήκης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια απολυμαντικών υλικών για το χειρουργείο , ακτινολογικό, καρδιολογικό και λοιπά τμήματα του Νοσοκομείου μας

#### Α' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Α	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΙΜΗΣ ΜΟΝ. προ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΣΥΝΟΛΟΥ προ ΦΠΑ
1.	24455000-8	Υγρό απολύμανσης μικρών επιφανειών, με αλκοόλες και χρήση με ψεκασμό	1lt	λίτρο	250	5,50 €	1.375,00 €
2.	24455000-8	Απολυμαντικά χειρουργικών εργαλείων χωρίς αλδεΐδες, χλώριο ή φαινόλες	έως 5lt	λίτρο	120	16,60 €	1.992,00 €
3.	24455000-8	Απολυμαντικά χειρουργικών εργαλείων με γλουταραλδεΐδη 2%	έως 5lt	λίτρο	60	5,40 €	324,00 €
4.	24455000-8	Απολυμαντικά μαντηλάκια για καθαρισμό κεφαλών υπερήχων	προτιμάται συσκευασία 100 ή 200 τεμ	Τεμάχι ο	10000	0,08 €	800,00 €

**Α/Α: 1. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ) – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 1 ΛΙΤΡΟ**

Υγρό απολύμανσης μικρών επιφανειών σε μορφή spray, με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλες.

1. Να είναι έτοιμο προς χρήση, για την ταχεία απολύμανση των μικρών επιφανειών. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο.
2. Να περιέχει, ως δραστικά συστατικά, συνδυασμό αλκοολών σε χαμηλή περιεκτικότητα 30-40%, με προσθήκη συνδρόμων απολυμαντικών ουσιών.
3. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο και φυματιοκτόνο
4. Να μην επισημαίνεται ως τοξικό, καυστικό ή διαβρωτικό για χρήστη και επιφάνειες.
5. Να είναι συμβατό με ευαίσθητες επιφάνειες, όπως π.χ. plexiglass, και να κατατεθεί η μελέτη τεκμηρίωσης.
6. Να είναι ταχείας δράσης, έως 5 λεπτά, για το σύνολο του ζητούμενου αποτελέσματος.
7. Να διατίθεται σε συσκευασία ενός λίτρου και να συνοδεύεται από εύχρηστες συσκευές ψεκασμού.
8. Να διαθέτει άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.) / PNC.

**Α/Α: 2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ , ΧΛΩΡΙΟ, ΦΑΙΝΟΛΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΩΣ 5 ΛΙΤΡΑ)**

Ενζυματικό υγρό απολυμαντικό-απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων στο χέρι.

1. Να είναι συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού και προ-απολύμανσης χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό (στο χέρι) ή σε πλυντήρια ηπερήχων.
2. Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2 (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14476 και EN 17111), σε χρόνο 5-15 λεπτά. Να υποβληθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.
3. Να μην περιέχει αλδεΐδες, χλώριο ή φαινόλες.
4. Να έχει ουδέτερο PH 7.0-7.5.
5. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους και να απομακρύνει αποτελεσματικά το BIOFILM. Η απομάκρυνση του BIOFILM να αποδεικνύεται από μελέτες αποτελεσματικότητας, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν.
6. Να μην έχει ερεθιστική οσμή.
7. Να δίνεται η προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος απολύμανσης για δράση στα 15 λεπτά (αποδεκτός βαθμός συμπύκνωσης  $\geq 2\%$ ).
8. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π. ή στο PNC.
9. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα, με δοσομετρική αντλία.
10. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα εξής δικαιολογητικά:
  - Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ξενόγλωσσο αγγλικό και ελληνικό),
  - Το πιστοποιητικό CE
  - Η καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΕΟΦ,
  - Η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π./PNC,
  - Το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος,
  - Τα εν ισχύ πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα,

καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές του είδους.

**Α/Α: 3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΪΔΗ 2%**

Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης με γλουταραλδεΐδη 2% για εργαλεία και θερμοευαίσθητα όργανα, όπως ενδοσκόπια, γαστροσκόπια κλπ.

1. Υγρό υψηλού βαθμού απολύμανσης εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων θερμοευαίσθητων χειρουργικών οργάνων.

2. Να είναι έτοιμο προς χρήση διάλυμα γλουταραλδεϋδης 2%.
3. Δραστικό έναντι βακτηρίων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 13727 και EN 14561, ιών ADENO, POLIO, NORO, σύμφωνα με τα EN 14476 και EN 17111, και σποροκτόνο, σύμφωνα με το EN 17126. Να καθορίζεται ο χρόνος δράσης για υψηλού βαθμού απολύμανση στα 10 λεπτά το μέγιστο.
4. Να αναφέρεται η σταθερότητα και να καθορίζεται ο χρόνος ζωής του έτοιμου προς χρήση διαλύματος.
5. Το διάλυμα να μην είναι διαβρωτικό ή οξειδωτικό για τον εξοπλισμό.
6. Να έχει ελεγχθεί και να διαθέτει πιστοποιητικά συμβατότητας από επίσημους κατασκευαστές ενδοσκοπίων.
7. Να ελέγχεται η σταθερότητα της απολυμαντικής δράσης του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου, οι οποίοι να έχουν ελεγχθεί με το προσφερόμενο απολυμαντικό διάλυμα. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο αγγλικό φυλλάδιο των δεικτών με τη μετάφρασή του στα ελληνικά.
8. Οι δείκτες αυτοί να είναι ελεγμένοι και πιστοποιημένοι ως προς τα ελάχιστα αποδεκτά όρια της δραστικής ουσίας μέσα στο απολυμαντικό διάλυμα. Επίσης, για να είναι πρακτικοί στη χρήση τους με εύκολο και ευανάγνωστο αποτέλεσμα (ενεργό-μη ενεργό) της δραστικότητας του διαλύματος, οι δείκτες πρέπει να έχουν έντονη αλλαγή χρώματος, ώστε να αντιλαμβάνεται ο χρήστης με σαφήνεια εάν το διάλυμα παραμένει ενεργό ή έχει απενεργοποιηθεί.
9. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 λίτρα.
10. Να φέρει σήμανση CE, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΕΕ 745/2017, και να καταθέτει αντίγραφο πιστοποιητικού CE.
11. Να χορηγείται αδρανοποιητική ουσία για την ασφαλή απόρριψη του διαλύματος στο αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία.
12. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα εξής δικαιολογητικά:
  - Το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ξενόγλωσσο αγγλικό και ελληνικό),
  - Το πιστοποιητικό CE
  - Η καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΕΟΦ,
  - Η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π./PNC,
  - Το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος,
  - Τα εν ισχύ πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα,

#### **Α/Α 4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ**

1. Έτοιμα προς χρήση
2. Κατάλληλα για καθαρισμό επιφανειών και εξοπλισμού (π.χ. κεφαλών υπερήχων, θερμοκοιτίδων, πίεστρο μαστού κλπ.)
3. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες, χλώριο, αλκοόλες
4. Κατασκευασμένα από υλικό non woven υψηλού βάρους ( $\geq 50\text{gr/m}^2$ ), για μεγάλη αντοχή στο σκίσιμο.
5. Μα μην είναι επικίνδυνα για τον χρήστη (καυστικά ή ερεθιστικά) ή για το περιβάλλον.
6. Δραστικά έναντι:
  - Gram (+) και Gram (-) βακτηριδίων, σύμφωνα με τα EN13727 και EN16615.
  - Μυκητών, σύμφωνα με τα EN13624 και EN16615.
  - Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με τα EN 14348 και EN 16615.
  - Ιών- πλήρως δραστικό έναντι ιών με περίβλημα και χωρίς (ADENO, NORO κλπ) σύμφωνα με το EN 14476
7. Σποροκτόνα έναντι Clostridium Difficile.
8. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών με νοσοκομειακό εξοπλισμό ( π.χ. κεφαλών υπερήχων, θερμοκοιτίδων κλπ.)

9. Σε συσκευασία 100 ή 200 τεμαχίων με κλειστό ασφαλείας, το οποίο να επιτρέπει τη μεμονωμένη χορήγηση και να σφραγίζει ερμητικά μετά το άνοιγμα, προσδίδοντας σταθερότητα χρήσης.

10. Στην προσφορά, ο κάθε συμμετέχοντας οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει:

- Φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά του σκεύασματος (μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα- πιστή μετάφραση)
- Την άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ
- Τον αριθμό καταχώρησης στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται βάση της επισήμανσής του.
- Το ισχύον πιστοποιητικό CE του προϊόντος.

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές: Τσουρουνάκη Χριστοδούλη – Τηλ. 2247360161

### **Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

ΚΑΕ	1311.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	4.491,00€
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπερ/νου ΦΠΑ 17%	5.254,47€
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή) ανά είδος
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών	<b>ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, έως ώρα 13:00</b>
Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού	<b>ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ώρα 12:00</b>
Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, σε ένα από τα κάτωθι: <a href="mailto:promithies@leros-hospital.gr">promithies@leros-hospital.gr</a> ή <a href="mailto:promithies1@leros-hospital.gr">promithies1@leros-hospital.gr</a> ή <a href="mailto:promithies2@leros-hospital.gr">promithies2@leros-hospital.gr</a> ή <a href="mailto:promithies3@leros-hospital.gr">promithies3@leros-hospital.gr</a> <b>ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο)</b> (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

### **Γ΄ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

A/A	Περιγραφή υλικού	Ποσότητα	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ. (αν υπάρχει)	Τιμή Π.Τ. (αν υπάρχει)

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι προμηθευτές κατά την πλήρωση υποκείνται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

- Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,1% επί της καθαρής αξίας ( για κατακυρώσεις από 1.000€)
- Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ και ΟΓΑ χ/μου 20%
- Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για συμβάσεις άνω των 2.500€)
- Φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των προηγούμενων κρατήσεων (για κατακυρώσεις από 150€)

-Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

-Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον προμηθευτή

### Δ' ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση που θα προκύψει θα έχει ισχύ ένα (1) έτος από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ

### Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης

Στις περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται – επί ποινής απόρριψης- να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά

- Ποινικό μητρώο (τελευταίου τριμήνου)
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
- Βεβαίωση πρωτοδικείου περί δικαστικής φερεγγυότητας (τελευταίου τριμήνου)
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο

### Κανόνες Δημοσιότητας

- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
- Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)).
- Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital.gr](http://www.leros-hospital.gr) , στη διαδρομή προκηρύξεις – διαγωνισμοί.

ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΟΥ

Δ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΦΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ